

DE MD 555 cleaner Spezialreiniger für Sauganlagen

MD 555 cleaner ist ein schaumfreier Spezialreiniger für zahnrätliche Sauganlagen inkl. der Abflussleitungen. Die Anwendung von MD 555 cleaner wird empfohlen bei problematischem Leitungssystem (z.B. hohe Wasserhärte, schwerlösliche Salze etc.) sowie bei Wasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Weiterhin ist der Einsatz von MD 555 cleaner besonders bei Verwendung von speziellen Zahnreinigungsgeräten wie z.B. Pulverstrahlgeräten angezeigt. Die regelmäßige Anwendung von MD 555 cleaner beugt einer Belagsbildung in der Sauganlage vor. Verstopfungen in der Sauganlage durch den Einsatz von schwerlöslichen Prophylaxe-Produkten, wie z.B. Zahnpasta oder Zahnpulver, sind durch die Verwendung von Calciumcarbonaten werden vermieden um bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Durch seine speziellen Wirk- und Hilfsstoffe ist MD 555 cleaner besonders für Anlagen mit Amalgambeschleider geeignet. Außerdem ist MD 555 cleaner universell überall dort einsetzbar, wo Ablagerungen von Wasserhärte an Oberflächen (z.B. Fliesen, Spülbecken) entfernt werden müssen.

Zusammensetzung: MD 555 cleaner enthält organische Säuren (15 - 30%), Phosphorsäure (15 – 30%), schaumfreie Tenside (< 5%) und Hilfsstoffe in wässriger Lösung. MD 555 cleaner enthält ein hohes Reinigungs- und Desinfektionsvermögen regelmäßig bei hartem Wasser oder Belastung mit Prophylaxe-Pulvern als 5%ige Lösung ein- bis zweimal pro Woche, z.B. während der Mittagspause, anwenden. Bei extrem hoher Belastung auch täglich. Die kürzeste Einwirkzeit beträgt 30 Minuten und kann bei Bedarf verlängert werden. Dazu 50 ml MD 555 cleaner mit Wasser auf 1 l auffüllen und unter Verwendung des OroCup durchrühren. In das Mundspülbekken ebenfalls 250 ml-Lösung geben. Die gereinigte Anlage nach Ablauf der Einwirkzeit mit mind. 1 l Wasser spülen.

Anwendung: MD 555 cleaner regelmäßig bei hartem Wasser oder Belastung mit Prophylaxe-Pulvern als 5%ige Lösung ein- bis zweimal pro Woche, z.B. während der Mittagspause, anwenden. Bei extrem hoher Belastung auch täglich. Die kürzeste Einwirkzeit beträgt 30 Minuten und kann bei Bedarf verlängert werden. Dazu 50 ml MD 555 cleaner mit Wasser auf 1 l auffüllen und unter Verwendung des OroCup durchrühren. In das Mundspülbekken ebenfalls 250 ml-Lösung geben. Die gereinigte Anlage nach Ablauf der Einwirkzeit mit mind. 1 l Wasser spülen.

Anwendung: MD 555 cleaner regelmäßig bei hartem Wasser oder Belastung mit wirksamen Desinfektionsmitteln wie Orotol® plus oder Orotol® ultra – ein- bis fünfmal im Verlauf einer Woche in 10%iger Konzentration (100 ml MD 555 cleaner mit Wasser auf 1 l auffüllen) anwenden. Die optimale Wirkung wird jeweils bei einer Einwirkzeit von 1 - 2 Std. erreicht. In das Mundspülbekken ebenfalls 250 ml-Lösung geben.

Hinweise: Sauganlagen nach und zwischen der Verwendung von MD 555 cleaner, Orotol® plus oder Orotol® ultra gründlich mit reichlich Wasser spülen. Es ist darauf zu achten, dass die Reinigungs- und Desinfektionszyklen nicht unmittelbar nacheinander erfolgen. MD 555 cleaner ist nicht geeignet zur Anwendung auf Aluminium und anderen säureempfindlichen Oberflächen. MD 555 cleaner-Lösung nicht über Nacht einwirken lassen.

 ☞ siehe Aufdruck.

Achtung. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemlösungsorgung zuführen.

Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834 Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL SCHWEIZ AG Grabenackerstraße 27, 8156 Oberhasli, Switzerland

EN MD 555 cleaner Special detergent for suction systems

MD 555 cleaner is a non-foaming special cleaner for dental suction systems including drainage lines. Use of MD 555 cleaner is recommended for regions with problematic tap water (e.g. high water hardness, antisoluble salts, etc.) and for drainage lines with insufficient gradient. Regular use of MD 555 cleaner prevents formation of deposits and blockages, and dissolves existing deposits. Furthermore, MD 555 cleaner is particularly indicated when special tooth cleaning equipment is used, such as air abrasion systems. Regular application of MD 555 cleaner prevents build-up of deposits in the suction system. Blockages in the suction system due to the use of spuriously soluble preventive products such as preventive powders and spray products, especially on the basis of calcium carbonates, are avoided and already existing deposits are dissolved. The special active ingredients and other constituents make MD 555 cleaner particularly suitable for systems with amalgam separators. Furthermore, MD 555 cleaner can be used anywhere where deposits of water hardness need to be removed from surfaces (such as tiles or sinks).

Zusammensetzung: MD 555 cleaner contains organic acids (15 - 30%), phosphoric acid (15 – 30%), non-foaming surfactants (< 5%) and auxiliary substances in aqueous solution. MD 555 cleaner contains a high cleaning and disinfecting power regularly at hard water or loading with prophylactic powders as a 5 percent solution of MD 555 cleaner regularly (once to twice per week) e.g. during lunch breaks. In case of extremely high levels of contamination, the solution may also be applied daily. The shortest contact time is 30 minutes. This can be extended if required. To use, make up MD 555 cleaner to a volume of 1 litre with water and suck the solution through using the OroCup. Also add 250 ml of solution to the spittoon. At the end of the standing time, flush the system after cleaning with at least 1 litre of water.

Application: In situations with hard water or prophyl powder contamination, apply a 5 percent solution of MD 555 cleaner regularly (once to twice per week) e.g. during lunch breaks. In case of extremely high levels of contamination, the solution may also be applied daily. The shortest contact time is 30 minutes. This can be extended if required. To use, make up MD 555 cleaner to a volume of 1 litre with water and suck the solution through using the OroCup. Also add 250 ml of solution to the spittoon. At the end of the standing time, flush the system after cleaning with at least 1 litre of water.

Mode d'emploi: Utiliser le MD 555 cleaner régulièrement dans le cas d'une eau dure ou d'un encrassement dû à des poudres prophylactiques, sous la forme d'une solution à 5 %. Une à deux fois par semaine, par exemple pendant l'heure du déjeuner. Dans le cas d'un encrassement très important, utiliser le produit également tous les jours. La durée d'action la plus courte est de 30 minutes et peut être prolongée si cela s'avère nécessaire. À cette fin, effectuer 50 ml de solution de MD 555 cleaner dans un verre et aspirer le tout en utilisant l'OroCup. Verser également 250 ml de solution dans le dispositif pour rincer la bouche. Une fois la durée d'action écoulée, rincer l'installation nettoyée avec au moins 1 l d'eau. Utiliser le MD 555 cleaner en cas de problème ou d'assainissement de systèmes d'aspiration fortement encrassés par des biofilms – en alternance icl avec des désinfectants efficaces, comme l'Orotol® plus ou l'Orotol® ultra – une à cinq fois par semaine, en concentration de 10 % (ajouter 100 ml de MD 555 cleaner à 1 litre d'eau pour un volume total de 1 l). L'effet optimal est obtenu respectivement avec une durée d'action de 1 à 2 heures. Verser également 250 ml de solution dans le dispositif pour rincer la bouche.

Precautions: Rincer soigneusement et abondamment les installations d'aspiration avec de l'eau après et entre chacune des utilisations de MD 555 cleaner, d'Orotol® plus ou d'Orotol® ultra. Veiller à ne pas effectuer les cycles de nettoyage et de désinfection immédiatement l'un après l'autre. Le MD 555 cleaner ne devra pas être utilisé sur de l'aluminium ou d'autres surfaces sensibles aux acides. Ne pas laisser agir la solution de MD 555 cleaner jusqu'au lendemain.

 ☞ see imprint.

Warning. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Wear protective gloves and eye/face protection. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. If IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

DÜRR DENTAL (Products) UK Ltd. 14 Linnell Way - Telford Way Industrial Estate Kettering, Northants NN16 8PS, United Kingdom ☎ +44 1536526740

FR MD 555 cleaner Nettoyant spécial pour des systèmes d'aspiration

Le MD 555 cleaner est un nettoyant spécial non moussant pour les systèmes d'aspiration et leurs écoulements dans les cabinets dentaires. L'utilisation du MD 555 cleaner est recommandée lorsque la qualité de l'eau distribuée pose des problèmes (par ex. le degré élevé de dureté de l'eau, les sels difficilement solubles, etc.) et dans le cas où les tuyaux d'écoulement des eaux usées ont été installés avec une pente insuffisante. L'utilisation du MD 555 cleaner est également indiquée, en particulier, lorsque des appareils de nettoyage dentaire spéciaux sont employés, par exemple des aéropolisseurs. L'utilisation régulière de MD 555 cleaner prévient la formation de dépôts et de blocages, et dissout les dépôts existants. De plus, le MD 555 cleaner est particulièrement indiqué quand des équipements de nettoyage spécial sont utilisés, tels que des appareils à air abrasif. L'application régulière de MD 555 cleaner prévient l'accumulation de dépôts dans le système d'aspiration. Les blocages dans le système d'aspiration dus à l'utilisation de produits préventifs non prévus, en particulier ceux à base de carbonates, sont évités et les dépôts existants sont dissous. Grâce à ses principes actifs et adjuvants spécifiques, le MD 555 cleaner convient particulièrement aux installations équipées de récupérateurs d'amalgam. De plus, le MD 555 cleaner peut être utilisé de façon universelle à l'importe quel endroit ou des dépôts dus à la dureté de l'eau doivent être enlevés de surfaces (par exemple, carrelages, vitres et surfaces en céramique). Le MD 555 cleaner est particulièrement recommandé en cas de contamination par des biofilms – en alternance avec des désinfectants efficaces (par ex. Orotol® plus ou Orotol® ultra) – une à cinq fois par semaine, en solution à 10 % (ajouter 100 ml de MD 555 cleaner à 1 litre d'eau pour un volume total de 1 l). L'effet optimal est obtenu respectivement avec une durée d'action de 1 à 2 heures. Verser également 250 ml de solution dans le dispositif pour rincer la bouche.

Precautions: Rincer soigneusement et abondamment les installations d'aspiration avec de l'eau après et entre chacune des utilisations de MD 555 cleaner, d'Orotol® plus ou d'Orotol® ultra. Veiller à ne pas effectuer les cycles de nettoyage et de désinfection immédiatement l'un après l'autre. Le MD 555 cleaner ne devra pas être utilisé sur de l'aluminium ou d'autres surfaces sensibles aux acides. Ne pas laisser agir la solution de MD 555 cleaner jusqu'au lendemain.

 ☞ voir le marquage.

Atención. Provoca una irritación cutánea. Provoca una sévère irritation de los yeux. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

DÜRR DENTAL FRANCE 8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France ☎ +33 155691150

DÜRR DENTAL BENELUX BVBA Muldenheidebaan 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616271

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l. Via Dell'Artigianato n. 8, 20053 Muggio, Italy ☎ +39 0395970300

ES MD 555 cleaner Limpiador especial de sistemas de aspiración

MD 555 cleaner es un limpiador especial sin espuma para aspiraciones dentales. Incluidas sus tuberías de desagüe. Se recomienda el aspirador de escarcha presente en el agua de la lavadora. MD 555 cleaner es indicado cuando la calidad del agua de la red de suministro de agua es problemática (por ejemplo, alta dureza del agua, sales de calcio solubles, etc.) así como para el caso de tuberías de desagüe con insuficiente inclinación. Además, el uso de MD 555 cleaner está especialmente indicado si se utilizan equipos de limpieza dental especiales, como p. ej. aparatos de chorro de polvo. La aplicación periódica de MD 555 cleaner previene la formación de incrustaciones en el equipo de aspiración. Se evitan las obstrucciones del equipo de aspiración causadas por el uso de productos profilácticos difícilmente solubles, como polvos de pasta dental, dentífricos, sobre todo aquellos que contienen carbonatos cálcicos y se disuelven las incrustaciones existentes. Gracias a sus especiales principios activos y coadyuvantes, MD 555 cleaner es especialmente adecuado para sistemas con separador de amalgama. Además, MD 555 cleaner se puede utilizar universalmente allí donde sea necesario eliminar depósitos de cal de las superficies (p. ej. azulejos, pilares).

Composición: MD 555 cleaner contiene ácido orgánico (15 - 30%), ácido fosfórico (15 – 30%), tensioactivos no schiumogeni (< 5%) e additivi in soluzione acquosa.

Aplicazione: utilizzare MD 555 cleaner regolarmente, una o due volte alla settimana, ad esempio durante la pausa pranzo, come soluzione al 5 % in caso di acqua particolarmente dura o in presenza di sostanze profilattiche in polvere. In presenza di superfici particolarmente sporche è possibile utilizzare il prodotto quotidianamente. Prevedere un tempo di azione minimo di 30 minuti, che può essere prolungato in caso di necessità. Aggiungere 50 ml di soluzione a 1 litro d'acqua e aspirare mediante gli appositi tubi utilizzando OroCup. Aggiungere 250 ml di soluzione anche nella spatucchiara. Trascorso il tempo d'azione, lavare gli impianti puliti con almeno 1 litro d'acqua.

In casi problematici o per la pulizia di sistemi di aspirazione particolarmente contaminati da biofilm, utilizzare MD 555 cleaner da una a cinque volte alla settimana, alternandolo con agenti disinfettanti efficaci come Orotol® plus o Orotol® ultra, in concentrazione al 10 % (100 ml di MD 555 cleaner diluiti in 1 litro d'acqua). L'effetto ottimale si ottiene con un tempo di azione di 1 - 2 ore. Aggiungere 250 ml di soluzione anche nella spatucchiara.

Avvertenze: sciacciare accuratamente gli impianti di aspirazione con acqua abbondante dopo e durante l'utilizzo di MD 555 cleaner. Orotol® plus o Orotol® ultra. Lasciare trascorrere del tempo tra i cicli di pulizia e disinfezione. MD 555 cleaner non è adatto all'impiego su alluminio o altre superfici sensibili agli acidi. Non lasciare agire la soluzione di MD 555 cleaner per tutta la notte.

 ☞ vedi stampa.

Atención. Provoca irritación cutánea. Provoca grave irritación ocular. Indossare guanti e protezioni per gli occhi e per il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: consultare un medico. IN CASO DI IRRITAZIONE CUTANEA. Provoca irritación ocular grave. Usar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

 ☞ véase lo grabado.

Atención. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Usar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

Atención. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Usar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

O MD 555 cleaner é um produto de limpeza especial não espumante para sistemas de aspiração odontológicos, incluindo as respectivas tubagens de escoamento. A utilização do MD 555 cleaner é recomendado em locais com água canalizada algo problemática (por ex., elevado grau de dureza da água, sais de difícil diluição, etc.), bem como para sistemas de tubagens de escoamento com inclinação inadequada. Além disso, o MD 555 cleaner também é particularmente indicado quando se usam dispositivos de limpeza dentária especiais, por ex. jatos.

A utilização regular de MD 555 cleaner evita a formação de depósitos e de blocos, e dissolve os depósitos existentes. De mais, o MD 555 cleaner é particularmente indicado quando se utilizam equipamentos de limpeza dental especiais, como p. ex. aparatos de chorro de pólv.

Composição: MD 555 cleaner contém ácido orgânico (15 - 30%), ácido fosfórico (15 – 30%), agentes tensoactivos no formadores de espuma (< 5 %) e excipientes em solução aquosa.

Aplicação: utilizar MD 555 cleaner regularmente, uma ou duas vezes por semana, por ex., durante a pausa almoço, como solução a 5 % em caso de água particularmente dura ou em presença de substâncias profiláticas em pó. Em presença de superfícies particularmente sujas é possível utilizar o produto diariamente. Prever um tempo de acção mínimo de 30 minutos, que se pode prolongar em caso necessário. Acrescentar 50 ml de solução a 1 litro de água e aspirar através dos tubos apropriados utilizando o OroCup. Acrescentar 250 ml de solução também na spatula de limpeza.

Em casos problemáticos ou para o saneamento de sistemas de aspiração que apresentem um alto grau de contaminação por biopeleças, em este caso alternando com potentes desinfetantes como Orotol® plus ou Orotol® ultra, de uma a cinco vezes por semana com uma concentração de 10 % (100 ml de MD 555 cleaner com água hasta obterner 1 l de solução e aspirar através do OroCup, Deitar também na spatula de limpeza).

Precauções: lavar cuidadosamente os equipamentos de aspiração com água abundante depois e durante o uso de MD 555 cleaner. Orotol® plus ou Orotol® ultra. Deixar passar um tempo entre os ciclos de limpeza e de desinfecção. MD 555 cleaner não é adequado para utilização em alumínio ou em outras superfícies sensíveis a ácidos. Não deixar a solução de MD 555 cleaner durante toda a noite.

 ☞ vedi stampa.

Atención. Provoca irritación cutánea. Provoca grave irritación ocular. Indossare guanti e protezioni per gli occhi e per il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: consultare un medico. IN CASO DI IRRITAZIONE CUTANEA. Provoca grave irritación ocular grave. Usar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

 ☞ véase lo grabado.

Atención. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Usar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

O MD 555 cleaner é um produto de limpeza especial não espumante para sistemas de aspiração odontológicos, incluindo as respectivas tubagens de escoamento. A utilização do MD 555 cleaner é recomendado em locais com água canalizada algo problemática (por ex., elevado grau de dureza da água, sais de difícil diluição, etc.), bem como para sistemas de tubagens de escoamento com inclinação inadequada. Além disso, o MD 555 cleaner também é particularmente indicado quando se usam dispositivos de limpeza dentária especiais, por ex. jatos.

A utilização regular de MD 555 cleaner evita a formação de depósitos e de blocos, e dissolve os depósitos existentes. De mais, o MD 555 cleaner é particularmente indicado quando se utilizam equipamentos de limpeza dental especiais, como p. ex. aparatos de chorro de pólv.

Composição: MD 555 cleaner contém ácido orgânico (15 - 30%), ácido fosfórico (15 – 30%), agentes tensoactivos no formadores de espuma (< 5 %) e excipientes em solução aquosa.

Aplicação: utilizar MD 555 cleaner regularmente, uma ou duas vezes por semana, por ex., durante a pausa almoço, como solução a 5 % em caso de água particularmente dura ou em presença de substâncias profiláticas em pó. Em presença de superfícies particularmente sujas é possível utilizar o produto diariamente. Prever um tempo de acção mínimo de 30 minutos, que se pode prolongar em caso necessário. Acrescentar 50 ml de solução a 1 litro de água e aspirar através dos tubos apropriados utilizando o OroCup, Deitar também na spatula de limpeza).

Precauções: lavar cuidadosamente os equipamentos de aspiração com água abundante depois e durante o uso de MD 555 cleaner. Orotol® plus ou Orotol® ultra. Deixar passar um tempo entre os ciclos de limpeza e de desinfecção. MD 555 cleaner não é adequado para utilização em alumínio ou em outras superfícies sensíveis a ácidos. Não deixar a solução de MD 555 cleaner durante toda a noite.

 ☞ vedi stampa.

Atención. Provoca irritación cutánea. Provoca grave irritación ocular. Indossare guanti e protezioni per gli occhi e per il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: consultare un medico. IN CASO DI IRRITAZIONE CUTANEA. Provoca grave irritación ocular grave. Usar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

 ☞ véase lo grabado.

Atención. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Usar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

O MD 555 cleaner é um produto de limpeza especial não espumante para sistemas de aspiração odontológicos, incluindo as respectivas tubagens de escoamento. A utilização do MD 555 cleaner é recomendado em locais com água canalizada algo problemática (por ex., elevado grau de dureza da água, sais de difícil diluição, etc.), bem como para sistemas de tubagens de escoamento com inclinação inadequada. Além disso, o MD 555 cleaner também é particularmente indicado quando se usam dispositivos de limpeza dentária especiais, por ex. jatos.

A utilização regular de MD 555 cleaner evita a formação de depósitos e de blocos, e dissolve os depósitos existentes. De mais, o MD 555 cleaner é particularmente indicado quando se utilizam equipamentos de limpeza dental especiais, como p. ex. aparatos de chorro de pólv.

Composição: MD 555 cleaner contém ácido orgânico (15 - 30%), ácido fosfórico (15 – 30%), agentes tensoactivos no formadores de espuma (< 5 %) e excipientes em solução aquosa.

Aplicação: utilizar MD 555 cleaner regularmente, uma ou duas vezes por semana, por ex., durante a pausa almoço, como solução a 5 % em caso de água particularmente dura ou em presença de substâncias profiláticas em pó. Em presença de superfícies particularmente sujas é possível utilizar o produto diariamente. Prever um tempo de acção mínimo de 30 minutos, que se pode prolongar em caso necessário. Acrescentar 50 ml de solução a 1 litro de água e aspirar através dos tubos apropriados utilizando o OroCup, Deitar também na spatula de limpeza).

Precauções: lavar cuidadosamente os equipamentos de aspiração com água abundante depois e durante o uso de MD 555 cleaner. Orotol® plus ou Orotol® ultra. Deixar passar um tempo entre os ciclos de limpeza e de desinfecção. MD 555 cleaner não é adequado para utilização em alumínio ou em outras superfícies sensíveis a ácidos. Não deixar a solução de MD 555 cleaner durante toda a noite.

 ☞ vedi stampa.

Atención. Provoca irritación cutánea. Provoca grave irritación ocular. Indossare guanti e protezioni per gli occhi e per il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: consultare un medico. IN CASO DI IRRITAZIONE CUTANEA. Provoca grave irritación ocular grave. Usar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

 ☞ véase lo grabado.

Atención. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Usar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335